Uro/Tomo
Software

Microsoft® Windows® の場合

ユーザーマニュアル

AGFA

© Agfa-Gevaert N.V. 2001.

Agfa-Gevaert N.V. からの書面による許可がない限り、この文書のどの部分も、いかなる形式でも再製、複写、編集あるいは送信することはできません。

Agfa-Gevaert N.V. は本書に含まれる情報の精度、完全性または利便性に関して明示的または黙示的に保証または表明するものではなく、任意の特別な目的に対する適用性を特定的に表明するものではありません。Agfa-Gevaert N.V. は本書に記載される情報、機器、手段またはプロセスに起因する損害に対していかなる状況のもとでもその責任を負いません。

Agfa-Gevaert N.V. は事前に通告することなく本書の内容を変更する権利を保有します。

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgium.

Uro/Tomo Software は Agfa-Gevaert N.V., Belgium の商標です。

Agfa および Agfa-Rhombus は、Agfa-Gevaert AG, Germany の登録商標です。

目次

章 1 Uro/Tomo Software の概要 5
Uro/Tomo Software について 6
Uro/Tomo Software の 機能 7
章 2 Uro/Tomo Software を使用する 9
腎盂レントゲン撮影術診断ファイル用の Uro/Tomo Software を使用する 10
腎盂レントゲン撮影術診断ファイル用の Uro/Tomo Software を使用する 11

章 1

Uro/Tomo Software の概要

この章では次のトピックについて説明しています :

- ❑ Uro/Tomo Software について
- ❑ Uro/Tomo Software の 機能

Uro/Tomo Software について

ADC Uro/Tomo Software では、1 組の診断ファイルや副診断ファイルだけでなく、腎盂レントゲン撮影術および断層 X 線写真法用に最適化された MUSICA 処理パラメータ（MUSICA: マルチスケール画像コントラスト増幅）を提供します。ADC　Uro/Tomo Software では、ADC 処理システムの画像処理機能は腎盂レントゲン撮影術および断層 X 線写真法に拡張されています。Uro/Tomo Software は ID Software および IPD Viewer Software に対するアドオンプログラムです。

Uro/Tomo Software ユーザーマニュアルは、Uro/Tomo Software の使用に関する全般的かつ実用的な情報を提供しています。ID Software、QC Viewer Software および IPD Viewer Software を使用する上での詳細については、それぞれ ID Software、QC Viewer Software と IPD Viewer Software の参照マニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

Uro/Tomo Software の 機能

Uro/Tomo Software を使用して、最適化された画像品質を持つ腎盂レントゲン撮影術および断層 X 線写真法診断を実行することができます。Uro/Tomo Software は、コントラスト エージェントを持つまたは持たない腎盂レントゲン撮影術の診断および伝統的な断層 X 線写真法診断用に最適化されています。

腎盂レントゲン撮影術用に最適化された MUSICA ラチチュード削減のおかげで、腎盂レントゲン撮影術の診断画像品質は、患者の横腹を示す領域では非常に暗かった従来の腎盂レントゲン撮影術の画像より優れています。

さらに、MUSICA の拡張されたコントラストを使用して、結石を見つけ腎臓と尿道を見るのが簡単になっています。

章 2

Uro/Tomo Software を使用する

この章では次のトピックについて説明しています：

- 腎盂レントゲン撮影術診断ファイル用のUro/Tomo Software を使用する
- 腎盂レントゲン撮影術診断ファイル用のUro/Tomo Software を使用する

腎盂レントゲン撮影術診断ファイル用の Uro/Tomo Software を使用する

Uro/Tomo Software がインストールされている場合、ID Software の［識別］ウィンドウが以下のタイプを提供します。

- 2 つの腎盂レントゲン撮影術診断ファイルタイプ：尿管のオーバービュー（コントラストのない診断ファイル）と腎盂レントゲン撮影術のコントラスト（コントラストのある診断ファイル）
- 下に一覧表示された腎盂レントゲン撮影術の副診断タイプ

診断ファイル グループ：尿道	
診断ファイルタイプ	**副診断ファイルタイプ**
尿管のオーバービュー（コントラストなし）	全体のビュー
	逆向きの腎臓
	腎臓の断層
	膀胱
腎盂レントゲン撮影のコントラスト（コントラスト付き）	腎臓 AP
	逆向きの腎臓
	腎臓の断層
	全体のビュー
	膀胱

Uro/Tomo Software は、速度クラス 200 で実行された腎盂レントゲン撮影術診断ファイル用に最適化されています。

腎盂レントゲン撮影術診断ファイル用の Uro/Tomo Software を使用する

Uro/Tomo Software がインストールされていると、下に一覧表示された診断ファイルタイプと副診断ファイルタイプは ID Software の［識別］ウィンドウで利用できます。

診断ファイル グループ：断層	
診断ファイル タイプ	**副診断ファイルタイプ**
頭蓋骨	断層
背骨	断層
骨盤腔	断層
腹腔	断層
上肢	断層
下肢	断層
肩	断層

Uro/Tomo Software は、速度クラスで実行された断層 X 線写真法診断用に最適化されています。

体の部分	速度クラス
四肢	100
体	300

CE

ベルギーで印刷
発行所 Agfa-Gevaert N.V., B-2640 Mortsel-Belgium
2277A JA 20010110

AGFA